



Многопрофилна болница за активно лечение
„Св.Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД
гр.Горна Оряховица, 5100, ул.„Отец Паисий“ № 72

Регистратура: /0618/ 6-06-79
Факс: /0618/ 6 01 20

E-mail: mbal_go@mail.bg
Web: mbalgo.com

ПИСМЕНО РАЗЯСНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 33, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

На 10.05.2017 г., в законоустановения срок, на основание чл. 33, ал.1 от ЗОП на електронната поща на лечебното заведение постъпи въпрос относно документацията на обявената процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на компютърна томографска система (скенер)“. Въпросът се отнася до Раздел III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СРОКИ МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ., т.2. Изисквания към участниците в процедурата - технически и професионални способности по чл. 59, ал.1, т. Въпросът гласи:

„Моля да отговорите, че под „разработена и внедрена система за управление на качеството, както и система за управление на дейности по проектиране, разработване, производство и търговия с медицински изделия“, участникът следва да разбира, че става въпрос за сертификат за внедрена система за управление на качеството в предприятия произвеждащи медицински изделия ISO 13485 или еквивалент“?

ОТГОВОР

Поставените в обявената обществена поръчка изисквания за технически и професионални способности по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗОП попадат в полето на описаните в чл. 63, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП изисквания. Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал.1, т.3 и т.4 от ЗОП, участникът доказва изискуемите от Възложителя технически и професионални способности, чрез описание на съответните мерки и прилагане на съответните списъци. Тези документи се прилагат към техническото предложение. Конкретно към поставения въпрос: тук се има предвид система за управление на качеството на производителя (ISO или еквивалент). Този факт може да бъде доказан с прилагане на заверено копие на съответния сертификат, в който са описани системите на качество, за които се отнася.

11.05.2017 г.
гр. Горна Оряховица

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/д-р Иван Иванов/

